

Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego dotyczącego przetargu na:

„Dostawę i montaż najazdowej wagi samochodowej, elektronicznej na terenie bazy MPO w Białymstoku przy ulicy 27-go Lipca 62”,

Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi zadającemu pytanie za pomocą środków przekazu informacji dopuszczonych w zamówieniu oraz i ich opublikowaniu na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania które wpłynęły w terminie do 3 dni od ich otrzymania.

Do dnia 2010-06-28 wpłynęły do zamawiającego prośby o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
Co należy rozumieć po określeniu przygotowanie podłoża pod wagę?
Czy ma to być jedna duża żelbetowa płyta, pod całą długością wagi i najazdami, czy też wystarczy kilka małych prefabrykowanych płyt (np. 3,5 m x 1 m x 0,15 m) tylko pod przetwornikami i najazdami?
2. W jaki sposób Zamawiający chce zabezpieczyć swoje interesy w razie podania pod wątpliwość wyniku pomiaru pochodzącego z oprogramowania komputerowego? Czy w zakresie zamówienia powinno się znaleźć jedyne dostępne i legalizowane rozwiązanie tego problemu, urządzenie zbierające kompletną historię ważeń, tak zwana pamięć alibi DSD?

Odpowiedź zamawiającego:

Odp. 1)

Przygotowanie podłoża pod wagę, w rozumieniu Zamawiającego, jest zabezpieczeniem przez Wykonawcę podłoża w taki sposób, aby umożliwiała stabilną i pewną posadę instalowanej wadze. Konstrukcja powinna zapewniać niezmiennosć swoich parametrów w czasie tzn. zapewnić odpowiednie wy poziomowanie wagi i trwałość konstrukcji jak i poziomu w czasie, przy uwzględnieniu maksymalnego obciążenia.

Zamawiający oczekuje przygotowania (wylania) betonowej ławy zbrojonej lub użycia płyty żelbetowej pod całą konstrukcją wagi łącznie z najazdami. Zamawiający nie dopuszcza usadowienia wagi na płytach drogowych, krawężnikach czy innych małych prefabrykowanych płytach.

Odp. 2)

Dostarczony system wagowy musi być systemem legalizowanym. Zamawiający oczekuje, iż stacja operatorska będzie wyposażona w urządzenie (np. komputer PC z odpowiednim oprogramowaniem) rejestrujące i archiwizujące wyniki pomiarów, umożliwiające w każdej chwili dostęp do danych archiwalnych oraz sporządzenie (wydruk) dokumentu wagowego. Stosowanie urządzenia typu alibi DSD nie jest więc wymagane.